

Odpowiedzi na pytania Oferenta do zapytania ofertowego w przedmiocie realizacji zamówienia dostawa 30 sztuk „opasek bezpieczeństwa”.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę urządzenia było zgodne z wymaganiami Korpusu Wsparcia Seniorów w zakresie kwalifikowanych wydatków tj. „(...) zakup urządzeń doświadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”¹, przez co rozumieć należy dedykowane do teleopieki urządzenia, które dostosowane są do obsługi przez wskazanych w wytycznych uczestników projektu tj. „seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia”?²W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia stanowi opaska bezpieczeństwa dedykowana dla seniorów nie natomiast monitor aktywności w postaci np. zegarka typu smartwatch/smartband?

Odp.: Tak, przedmiot zamówienia stanowi opaska bezpieczeństwa dedykowana dla seniorów nie natomiast monitor aktywności w postaci np. zegarka typu smartwatch/smartband.

Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie kryteriów technicznych urządzeń. Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą pełniej instrukcji producenta oraz kart katalogowych zawierającej specyfikacje producenta urządzenia?

Odp: Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą pełniej instrukcji producenta oraz kart katalogowych zawierającej specyfikacje producenta urządzenia.

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia posiadały funkcjonalności podstawowe dla opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały funkcjonalności podstawowe dla opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji.

Wyjaśnienie do szczegółowego przedmiotu zamówienia:

w Pkt.IV pkt.2 a zmienia się zapis: „ dostawę fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego na terenie Unii Europejskiej 30 szt- opasek na nadgarstek spełniających minimum 5 wymagań w tym 2 obowiązkowe tj. posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji, określone w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Bezpieczeństwa „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022.